BIOSPLINT™ Ciseau thermique

PRESENTATION
Etui contenant : 1 ciseau thermique fonctionnant à l'aide d'une pile électrique (fournie avec le dispositif).

PROPRIETES
Bonne ergonomie : forme stylo, léger et maniable.
Permet d'obtenir une coupure nette, rapide et propre de BIOSPLINT™ Bandelettes de Contention sans risque d'effilochage.
Fonctionne à l'aide d'une pile (non remplaçable, non rechargeable) qui permet d'obtenir une durée d'utilisation de 12 minutes environ en continu.
Température obtenue : 704°C ± 10 %.
Pas d'interaction avec les porteurs de pace-makers.

INDICATION
Découpage par pyrolyse de BIOSPLINT™ Bandelettes de Contention **hors de la cavité buccale**.

MODE D'EMPLOI
Enlever le capuchon. Appuyer sur le bouton afin d'amorcer le chauffage du filament. **Attention** : celui-ci est immédiat. Découper **hors de la cavité buccale** BIOSPLINT™ Bandelettes de Contention à la dimension souhaitée. Relâcher le bouton et remettre le capuchon en place.

PRECAUTIONS D'EMPLOI
Ne pas stériliser (présence de la pile).
Ne pas exercer de pression excessive sur le filament lors de l'utilisation (risque de rupture).
BIEN REBOUCHER APRÈS UTILISATION pour éviter tout risque d'incendie accidentel.
Utiliser uniquement **en dehors de la cavité buccale**.
Risque de brûlures au contact du filament chauffé. En cas de brûlure, la refroidir immédiatement sous l'eau courante (température : 8 à 25 °C) pendant au moins 5 minutes. Toute brûlure infectée ou non cicatrisée après une semaine doit faire l'objet de l'avis d'un spécialiste de la brûlure.
Ne pas utiliser en présence de matériaux inflammables (risque d'incendie).
Seul le corps du ciseau thermique peut être désinfecté avec une lingette. NE PAS TOUCHER AU FILAMENT. On peut considérer que celui-ci s'auto-nettoie en atteignant la température de 704°C ± 10 %.
Tenir hors de portée des enfants.

NETTOYAGE DU DISPOSITIF
L'extérieur du ciseau thermique (corps et capuchon) peut être nettoyé et désinfecté à l'aide de lingettes.

DUREE DE VIE DU DISPOSITIF
4 ans (validité de la pile).

ELIMINATION
Casser le filament avec une pince et remettre le capuchon en place avant d'éliminer le produit.
Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée. Ne pas procéder à l'élimination dans l'environnement.

CE

Produit professionnel dentaire.
Classification selon la Directive Européenne 93/42/CEE
Dispositif médical de classe I

PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND - 17 av. Gustave Eiffel - 33700 MERIGNAC - France - Tel. : +33 (0) 556 34 06 07

Doc Q RD 361/04
15 Février 2013